



СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЕ ЛЕ-2 ПАСПОРТ ЛЕЭЛ.411152.003-02 ПС



1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Перед эксплуатацией счетчика электрической энергии однофазного ЛЕ-2 (в дальнейшем – счетчика) необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации и настоящим паспортом. Паспорт необходимо сохранять на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

2.1 Счетчики предназначены для измерений и учета активной или активной и реактивной энергии в однофазных двухпроводных цепях переменного тока промышленной частоты.

2.2 Счетчик внесен в Государственный реестр средств измерений под номером 82119-21.

2.3 Счетчик соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011. Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА08.В.21218/25 и ЕАЭС N RU Д-РУ.РА08.В.16200/25.

2.4 Межповерочный интервал – 16 лет.

2.5 Основные технические характеристики счетчиков приведены в Руководстве по эксплуатации ЛЕЭЛ.411152.003 РЭ.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки: счетчик ЛЕ-2 (1 шт.), коробка упаковочная (1 шт.), паспорт (1 шт.), руководство по эксплуатации (1 шт.). Методика поверки ЛЕЭЛ.411152.003/1 МП опубликована на сайте fgis.gost.ru.

4 СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИЯ

4.1 Средний срок службы – 30 лет.

4.2 Средняя наработка на отказ – 280000 ч.

4.3 Гарантии изготовителя:

4.3.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие счетчиков требованиям ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012 в зависимости от исполнения, а также требованиям ЛЕЭЛ.411152.003 ТУ, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения, монтажа и при сохранности пломб с оттиском знака поверки.

4.3.2 Гарантийный срок эксплуатации – 4 года со дня продажи или ввода счетчика в эксплуатацию, при этом общий гарантийный срок, включая срок хранения и эксплуатации – не более 5 лет с момента изготовления счетчика.

4.3.3 В течение гарантийного срока счетчик ремонтируется за счет предприятия-изготовителя.

4.3.4 Счетчики, у которых в течение гарантийного срока обнаружено несоответствие требованиям ТУ, в соответствии с главой II Закона «О защите прав потребителей» подлежат возврату продавцу в комплектности, указанной в п.3 настоящего паспорта, с указанием информации о несоответствии в сопроводительном документе.

4.3.5 В гарантийный ремонт (к обслуживанию, замене) принимается счетчик без механических повреждений корпуса и крышки клеммной колодки, без следов огня, оплавления, краски, при наличии на корпусе пломбы с оттиском знака поверки и с паспортом.

4.3.6 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право по каждому гарантийному случаю проверить выполнение условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. В случае выявления фактов нарушения условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации гарантийный ремонт и обслуживание проводятся за счет потребителя. При наступлении гарантийного случая обращайтесь к продавцу или на предприятие-изготовитель:

АО «Ленэлектро», адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский проспект, д. 46, корп. 2, тел: +7 (812) 374-21-46.

5 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Информация о замене литиевой батареи должна быть занесена в таблицу 1.

Таблица 1. Информация о замене литиевой батареи.

Организация, осуществившая замену	Дата замены	Ф.И.О.	Подпись

- 5.1** При выпуске из производства в память счетчика записываются следующие значения:
- пароли двух уровней доступа: для уровня чтения «Считыватель показаний» – пароль «User»; для уровня чтения и записи «Конфигуратор» – пароль «Configurator».
 - адрес интерфейса Оптопорт, равный «16»; скорость обмена 9600 бит/с.
 - адрес интерфейса RS485, равный последним 4 цифрам серийного номера «плюс» 100; скорость обмена 9600 бит/с.
- При наличии отметок в п. 6 действующими считать настройки п.6.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

6.1 Счетчик электрической энергии

6.2 Счетчик изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012 в зависимости от исполнения, а также требованиями ЛЕЭЛ.411152.003 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК

Должность

Дата выпуска



7 ПОВЕРКА

7.1 Счетчик прошел периодическую/первичную поверку.

7.2 Поверка выполнена. Сведения переданы в ФИФ ОЕИ.

Подпись и клеймо _____ Дата поверки _____

Подпись/клеймо

7.3 Счетчик подвергается периодической поверке после проведения ремонта или через время не более межповерочного интервала. Поверка проводится в соответствии с ГОСТ 8.584-2004 и методикой поверки ЛЕЭЛ.411152.003/1 МП.